

Bestellung

FAX 037437-2418
 E-MAIL info@mtl-be.de

Rechnungsadresse:

Kontaktperson: _____

Tel.: _____

Fax.: _____

Lieferadresse:

Auftrags-Nr.: _____

Kunden-Nr.: _____

Bioindikatoren für die Desinfektion und Dekontamination

Artikel	Best.-Nr.	VE	Anzahl
Desi-Test-S Bioindikator zur Prüfung von Steckbeckenspülnern Testkeim: <i>E. faecium</i> ATCC 6057 mit RAMS	10.300	1 Stück	
	10.310	Set (5+1)	
Desi-Test-B Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von Bettgestellen u. Nachttischen Testkeim: <i>E. faecium</i> ATCC 6057 mit RAM	10.400	1 Stück	
	10.410	Set (10+1)	
Desi-Test-G Bioindikator zur Prüfung von Geschirrspülautomaten Testkeim: <i>E. faecium</i> ATCC 6057 mit RAMS	10.710	1 Stück	
	10.711	Set (5+1)	
MTG-Test zur Prüfung von Mehrtank-Transport- geschirrspülmaschinen – 8 + 1 Bioindikatoren mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und Prüfanschmutzung gem. DIN 10510 – 10 Rodac-Platten – 1 Becher für Spüllösung	10.720	Set	

Artikel	Best.-Nr.	VE	Anzahl
Desi-Test-W			
Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von Wäsche			
<i>Ausführung A:</i> Baumwollläppchen mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut, Keimzahl 10 ⁷	10.510	1 Stück	
	10.511	Set (10+1)	
<i>Ausführung B:</i> Baumwollläppchen mit Testkeim <i>S. aureus</i> ATCC 6538 und defibriniertem Schafblut, Keimzahl 10 ⁷	10.520	1 Stück	
	10.521	Set (10+1)	
<i>Ausführung C:</i> 5 Baumwollläppchen + 1 Kontrolle mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut, Keimzahl 10 ⁷ 5 Baumwollläppchen + 1 Kontrolle mit Testkeim <i>S. aureus</i> ATCC 6538 und defibriniertem Schafblut, Keimzahl 10 ⁷	10.530	Set (10+2)	
Desi-Test-R			
Bioindikator zur Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)			
<i>Ausführung A:</i> 5 Schrauben + 5 Schläuche und je 1 Kontrolle mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut	10.610	Set	
<i>Ausführung B:</i> Schrauben mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut	10.620	1 Stück	
	10.621	Set (10+1)	
<i>Ausführung C:</i> Schläuche mit Testkeim <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und defibriniertem Schafblut	10.630	1 Stück	
	10.631	Set (10+1)	
Desi-Test-Schuhe Bioindikator zur Prüfung der Desinfektion von OP-Schuhen Testkeim: <i>E. faecium</i> ATCC 6057 mit defibriniertem Schafblut	10.730	1 Stück	
	10.731	Set (10+1)	
TES-EN-Test mit <i>E. faecium</i> ATCC 6057 und Prüfanschmutzung kontaminierter Teflonschlauch (Dummy) zur Prüfung von Endoskop-Aufbereitungsautomaten gem. DIN EN ISO 15883-4 inkl. mikrobiologischer Auswertung nach Anwendung (Best. der Keimzahlreduktion)	10.800	1 Stück	

.....
Datum

.....
Stempel/Unterschrift